



externe Widerstandsmessung I

Neuberger RPM 375

©2016 H.-T. Schmidt



Prüfspannung über U_a grob (50V)/fein: ca. 9,5 V



Nicht verwenden!
Zu hohe Prüfspannung kann
das Hauptinstrument zerstören!

Anschluss des unbekannten Widerstandes an die Buchsen III und V